

Qualitätstestat

Die Praxis
Radiologisches Institut Dr. von Essen
Dr. med. Arnd Gerhards

hat

sieben Untersuchungen zur Überprüfung vorgelegt
und so nachgewiesen,
daß mit dem verwendeten MRT-Gerät
und den eingesetzten Untersuchungsprotokollen
die Vorgaben des Qualitäts-Rings-Radiologie
zu Messparametern für die mpMR-Prostatografie
erfüllt werden.

Dadurch wird eine

hohe technische Bildqualität

für die

multiparametrische
MRT-Prostatografie

gewährleistet.

München, den 11.12.2018



Berufsverband der Deutschen Radiologen e.V.
Dr. med. D. Wujciak



Qualitäts-Ring-Radiologie gGmbH
M. Henkel